



2'镀锌管，通入磅房，严禁水进入管内，管内预留一根铁丝，以便穿线，无直弯

技术要求：

1. 图中标高以米为单位，其余以mm为单位。
2. 地基承载力不得小于200KN/平方米。
3. 用户应当根据土壤土壤的耐压力，水位等情况加固。
4. 各项埋承重板的标高应保持同一平面，误差不得大于±3mm，各项埋承重板的中心相对误差(前后，左右，对角)不得大于±5mm。
5. #表示螺纹钢。

设计：	日期：	姓名：	单节	恒尔称重
审核：		节数：		
复审：		2×4M 基础图 (无基坑) SB		名称：
				编号：HR2004